

```

=====
进样日期      : 2016-3-1 12:58:46
样品名称      :
操作者        :
仪器          : Instrument 1
采集方法      : C:\CHEM32\1\METHODS\DGWDDC2.M
最后修改      : 2016-3-1 11:49:40
                (调用后修改)
分析方法      : C:\CHEM32\1\METHODS\DGWDDC2.M
最后修改      : 2016-3-1 14:05:24
                (调用后修改)
VWD dark current test method
=====

```

模块	固件版本	序列号
1100 可变波长检测器	A.05.11 [017]	DE51529824

软件版本: 版本号 B.01.01C SR1 [16] 版权所有 © 安捷伦科技

```

=====
仪器状况      :      开始时      结束时
检测器点亮时间 :      实时电流      实时积累
VWD 1, UV 灯   :      4.21      1295.8 h
=====

```

运行工作日志

方法	方法开始	12:58:46	03/01/16
方法	仪器遥控已启动	12:58:46	03/01/16
方法	仪器运行结束	13:15:18	03/01/16
CP 宏命令	正在分析原始数据 0000052.D	13:15:18	03/01/16
CP 宏命令	PostRun macro	13:15:26	03/01/16
CP 宏命令		13:15:26	03/01/16
CP 宏命令	在命令 '='在宏 指令dgCleanupVWDDCTest	13:15:26	03/01/16
CP 宏命令	在行 188在文件 C:\CHEM32\DRIVERS\HPLVWD00.MCX	13:15:26	03/01/16
CP 宏命令	错误 41276发生:	13:15:26	03/01/16
CP 宏命令	未定义符号: _ModuleIDN\$	13:15:26	03/01/16
CP 宏命令		13:15:26	03/01/16
方法	Method 被用户停止	13:15:26	03/01/16